

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора КГП на ПХВ
«Павлодарская областная детская больница»
Орсагош И.А.
21.10.2019 г.



№	Наименование	Техническая спецификация
1	Система визуализации вен	<p>Портативное, бесконтактное устройство для визуализации подкожных сосудов.</p> <p>Принцип работы: идентифицирует участки кожи с сосудистой системой, позволяя определить раскрытое состояние сосуда, избегая клапанов или разветвлений. Имеет функцию автоматической калибровки. Функция автоматического отключения луча через 2, 5, 15 мин.</p> <p>Предназначена для широкого круга пациентов; включая новорожденных, темнокожих и пациентов склонных к ожирению. Вес: 275г.</p> <p>Размер: 5смх6смх20см.</p> <p>Время непрерывной работы до 3 часов.</p> <p>Время заряда батареи 2-5 часов Батарея: литий-ионная 3.6В,3,100мАч.</p> <p>В комплекте зарядная подставка, сетевой адаптер со шнуром, набор переходников для различных типов розеток, инструкция по эксплуатации.</p> <p>Гарантийный срок 37 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.</p> <p>Срок поставки 7 дней.</p>

2 х 6 вичи вешетатин дегенен аялгунан - кесемелер
сертификат и т