

**ПРОТОКОЛ №5**

**итога по закупу медицинской техники, способом запроса ценовых предложений  
в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2018 год**

г. Экибастуз

19 февраля 2018 года  
14 ч 30мин

Присутствовали члены комиссии в составе:

- Сергазин К.С. - Председатель комиссии, и.о.зам. главного врача по лечебной работе  
КГП на ПХВ «Экибастузская городская больница»
- Ильдебаева А.А. - Заместитель председателя комиссии, гл. бухгалтер  
КГП на ПХВ «Экибастузская городская больница»

Члены комиссии:

- Переверзева А.Ю. - Юрист КГП на ПХВ «Экибастузская городская больница»
- Мусапирова У.З. - Главная м/с КГП на ПХВ «Экибастузская городская больница»
- Ныгманова А.Е. - Фармацевт КГП на ПХВ «Экибастузская городская больница»
- Цимбал О.А. - Секретарь комиссии

**1. Наименование медицинской техники, сумма выделенная для закупа по лотам, составляет:**

№ лота	Торговое название	Техническая характеристика	Ед. изм.	количество	Выделенная сумма	Срок поставки
Лот №1	Стерилизатор паровой	Стерилизатор паровой полуавтоматический с вакуумной сушкой для стерилизации в стационарных медицинских учреждениях водяным насыщенным паром под давлением изделий медицинского назначения из металлов, стекла, резин, лигатурного шовного материала, текстильных изделий, воздействие пара на которые не вызывает их функциональных свойств. После стерилизации медицинские материалы подвергаются вакуумной сушке в стерилизационной камере. Крышка, паровая рубашка и основные узлы должны быть изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали, термозащитный кожух на крышке изготовлен из пластика АВС; Камера имеет форму цилиндра и расположена горизонтально; Встроенный парогенератор с ручной заливкой воды; Предварительное удаление воздуха из камеры - методом гравитационной продувки. Вакуумная сушка при помощи конденсатора, глубина разряжения - не менее -0,06 МПа; Фильтр бактериальной очистки воздуха, поступающего в камеру на этапе выравнивания давления; Количество стерилизационных коробок типа КФ-18 одновременно загружаемых в камеру - 4 штуки. Объем стерилизационной камеры - 100 л; 2 режима стерилизации - 0,20 МПа - 132/20 °С/мин, 0,11 МПа - 120/45 °С/мин; Управление - полуавтоматическое;	штука	2 (два)	2 000 000,00	в течении 15 календарных дней с момента подписания Договора закупа.

<p>Удаление воздуха - гравитационное; Сушка - вакуум; Размеры стерилизационной камеры (дхГ) - 400х830 мм; Напряжение - 380 В; Частота тока - 50 Гц;</p> <p>Род тока - переменный, трехфазный; Установочная мощность - 14 кВт; Расход воды на 1 цикл стерилизации (с сушкой) - не более 100 л; Средняя наработка на отказ - не менее 2500 циклов; Срок эксплуатации - 10 лет; Габаритные размеры (ДхШхВ) - 1220х604х1445 мм; Масса - 160 кг;</p> <p>В комплекте: вставки плавкие - 2 шт, прокладка, электронагреватели трубчатые - 3 шт, подставка под коробки стерилизационные, комплект индикаторов по ГОСТ Р ИСО 11140-1-2000</p>				
---	--	--	--	--


2. До истечения окончательного срока представления ценовых предложений - 19.02.2018 года ценовых предложений от потенциальных поставщиков не поступало.


3. **Комиссия РЕШИЛА:**

На основании п12 гл10 Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 - при отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признать несостоявшимся.


За данное решение проголосовало:


«За» 5 голосов.  
«Против» 0 голосов.


Сергазин К.С.  Председатель комиссии, и.о. зам. главного врача по лечебной работе  
КГП на ПХВ «Экибастузская городская больница»


Ильдебая А.А.  Заместитель председателя комиссии, гл. бухгалтер  
КГП на ПХВ «Экибастузская городская больница»

Члены комиссии:

Переверзова А.Ю.  Юрист КГП на ПХВ «Экибастузская городская больница»

Мусапирова У.З.  Главная м/с КГП на ПХВ «Экибастузская городская больница»

Ныгманова А.Е.  Фармацевт КГП на ПХВ «Экибастузская городская больница»

Цимбал О.А.  Секретарь комиссии