Техническая спецификация на стабилизатор от системы рентгенографической цифровой

№	Наименование товара	Кол-во	Техническая спецификация оборудования
1	2	3	4
1	Стабилизатор от системы рентгенографической цифровой	1	Источник электропитания оборудования, подключаемый к первичному источнику электропитания. Обеспечивает генератор DC380V. Техническая характеристика: Входное напряжение - Одна фаза 220VAC, 50-60Hz Выходное напряжение - max. 380VDC, одна фаза 220VAC Вес брутто - 180кг Габариты - 570×490×620(мм) Батарея - 12V, кол-во 28шт с установкой данного стабилизатора **Сервисное гарантийное обслуживание -1год**

Главный врач
КГП на ПХВ «Баянаульская ЦРБ» **Арынов С.А.**