

Техническая спецификация закупаемых товаров

Наименование	Описание
<p>Видеогастроскоп</p>	<p>Видеогастроскоп</p> <p>Видеогастроскоп оснащён ПЭС-матрицей, имеет вводимую трубку 9,8 мм в сочетании с инструментальным каналом 2,8 мм. Этот аппарат обеспечивает высококачественное изображение и может использоваться с большим количеством инструментов. В основном эта модель предназначена для рутинных исследований, а также может быть использована для проведения лечебных процедур. Угол поля зрения не менее 140 град. Глубина резкости, не менее 4 — 100 мм. Изгиб дистального конца вверх-вниз не менее 210-120 градусов. Изгиб дистального конца вправо-влево не менее 120 градусов. Диаметр дистального конца не более 10,2 мм. Диаметр вводимой трубки не более 9,8 мм. Диаметр рабочего канала не более 2,8 мм. Рабочая длина вводимой трубки не менее 1050 мм. Общая длина не более 1373 мм. Оборудование должно быть новым, ранее не использованным, модель 2016 года.</p> <p>Комплектация: Видеогастроскоп не менее 1 шт. Биопсийные щипцы с окном – 1 шт. Чистящая щетка – 2 шт. Резиновый клапан биопсийного канала – 10 шт. Набор О-образных колен (3 шт. в наборе) – 1 набор. Силиконовое масло – 1шт. Адаптер для очистки канала воздуха/воды/отсоса – 1 шт. Набор обратных клапанов (10 шт. в наборе) – 1 набор. Адаптер для очистки коннектора воздуха/воды – 1 шт. Крышка газового клапана не менее 1 шт. Крышка газового клапана – 1 шт. Загубник, автоклавируемый – 1шт. Крышка вилки светодиода – 1шт. Чехол для видеозондоскопов – 1 шт. Инструкция пользователя на русском языке – 1 шт. Инструкция по очистке на русском языке – 1шт. Ключ – 1 шт. Установочные принадлежности. Резиновый клапан биопсийного канала – 1шт. Адаптер обратного клапана водной струи – 1шт. Крышка коннектора водной струи – 1шт. Клапан отсоса 1 шт. Клапан подачи воздуха/воды – 1шт.</p> <p>Обязательное наличие (предоставить подтверждающие документы в тендерной заявке):</p> <p>Инструкция пользователя на русском и казахском языке Обучение персонала на русском языке не менее 6 часов. Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.</p> <p>Наличие регистрации в реестре средств измерений ГСИ РК. Наличие авторизованной сервисной службы по данному оборудованию на территории РК Сервисное обслуживание не менее 12 месяцев. Потенциальный поставщик медицинской техники должен иметь статус производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя, имеющего договор и иные</p>

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Атауы	Сипаты
<p>Видеогастроскоп</p>	<p>Видеогастроскоп</p> <p>Видеогастроскоп ПЗС –матрицамен жабдықталған, 2,8 мм құралдық каналы бар 9,8 мм енгізілетін түтілі бар. Бұл ашпарат жоғары сапалы көрініс береді және көп құралдар санымен қолданылады. Көбінесе бұл модель рутинді зерттеулерге арналған, сонымен қатар емдік шаралар жүргізу үшін де қолданылады. Көру алаңы 140 градустан кем емес. Айқындық тереңдігі 4-100 мм кем емес. Дистальды ұшының иілугі жоғары –төмен 210-120 градуc. Дистальды ұшының оңға-солға иілугі 120 градустан кем емес. Дистальды ұшының диаметрі 10,2 мм көп емес. Енгізілетін түтіктің диаметрі 9,8 мм-ден көп емес. Жұмыс каналының диаметрі 2,8 мм көп емес. Енгізілетін түтіктің жұмыс ұзындығы 1050 мм кем емес. Жалпы ұзындығы 1373 мм көп емес. Жабдық жаңа болуы тиіс, бұрын ұсталмаған, модель 2016 жылғы.</p> <p>Жиынтығы: Видеогастроскоп 1 данадан кем емес. Биопсиялы қысқыштары терезесі бар – 1 дана. Тазалағыш қылшақ – 2 дана. Биопсиялы каналдың резенкелі клапаны – 10 дана. О-түріндегі жүзік жиынтығы (3 дана жиынтықта) – 1 жиынтық. Силиконды май – 1 дана. Ауа/су/сорғыш каналдарын тазалауға арналған адаптер – 1 дана. Клапандар жиынтығы (10 дана жиынтықта) – 1 жиынтық. Ауа/су коннекторын тазалауға арналған адаптер – 1 дана. Газды клапан қақпағы 1 данадан кем емес. Газды клапан қақпағы – 1 дана. Автоклавіалған загубник – 1 дана. Световод айырының қақпағы – 1 дана. Видеосэндоскопқа арналған чехолдан – 1 дана. Қолданушы нұсқаулығы орыс тілінде – 1 дана. Тазалау бойынша нұсқаулық орыс тілінде – 1 дана. Кілт – 1 дана. Орналыған құралдар. Биопсиялы каналдың резенкелі клапаны – 1 дана. Су ағынының клапанының адаптері – 1 дана. Су ағыны коннекторының қақпағы – 1 дана. Сорғыш клапаны 1 дана. Ауа/су беру клапаны – 1 дана.</p> <p>Міндетті түрде болуы тиіс (тендерлі өтінімде растайтын құжаттарды ұсыну):</p> <p>Қолданушының нұсқаулығы орыс және қазақ тілдерінде Жұмыс орнында қызметкерлерді оқыту 6 сағаттан кем емес. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму Министрілігінің тіркеу куәлігінің болуы. ҚР ГСИ өлшем құралдары ресстрінде тіркеуде болуы. ҚР аумағында аталған жабдық бойынша авторизацияланған сервистік қызметтің болуы. Сервистік қызмет көрсету 12 айдан кем емес. Медициналық техниканың әлеуетті өнім берушісі өндірушінің немесе ресми дистрибьютердің дәрежесі болуы керек, келісім-шарт және сатып алынатын медициналық техниканы таратуға құқығын растайтын басқа</p>

	<p>құжаттар болуы тиіс. Жабдылққа кепілдік беру: 2 жыл негізгі құралға, 6 ай кабель мен сымдарға пайдалануға берілген мезеттен бастап. Жеткізу, орнату, оқыту жұмыс орнында. Жеткізу мерзімі: 30 күнтізбелік күн.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Бас дәрігер
ШЖҚ «Екібастұз қалалық
ауруханасы» КМҚ



М.Андосов