«Утверждаю»

И.о.Главного врача
КГП на ПХВ «Павлодарская
городская больница №1
Мотовилов А.Д.

Техническая спецификация

Транспортный инкубатор для новорожденных

Стандартная модель

1) Контроль температуры воздуха

2) 2 кислородных баллона с редукторным коапаном

3)Расходометр с ручным регулированием расхода кислорода

4)Аварийные сигналы, обеспечивающие безопасную работу

5) Встроенный источник энергии (аккумуляторная батарея)

6)Внешние источники энергии (автомобильный аккуиулятор)

7)Двойная крышка

Ходовая тележка

1) Только для использования в больничных учреждениях без регулирования высоты

Расходные материалы

1)Регулированная стойка

2)LED освещение

3)Крепежные ремни

4)Хлопковое одеяло