

ХАТТАМА
 от «21» августа 2017г

ПРОТОКОЛ
№34
 г. Павлодар

Заседание комиссии

Председатель комиссии Альгожин Т.Б.

Зам. председателя – Богомазова И.В.

Секретарь – Фурман М.В.

Присутствовали: 7 человек

Тема: Закуп медицинской техники.

Докладчик: Богомазова И.В.

Повестка дня: 1 Закуп медицинской техники.

По данному вопросу слушали зам. директора по ККМУ Богомазова И.В., поступила заявка от заведующего операционного отделения Джаманбаева М.Г. на закуп стола операционного универсального (длина не менее 2100мм), необходимо произвести закуп медицинской техники. Объявление было размещено на сайте здравоохранения Павлодарской области. Сумма, выделенная на закуп, составляет 2 850 000 тенге.

Поступили предложения от поставщиков:

№ п/п	Поставщик	Адрес потенциального поставщика	Техническая спецификация товара	Ценовое предложение, в тенге
1	ТОО «Satory KZ»	г. Усть-Каменогорск, ул Астана (Солнечная) 16А	+	2 850 000
2	ТОО «Сфера-ПВЛ»	г. Павлодар, ул. Пахомова 104/13	+	2 750 000
3	ТОО «ОСТ-ФАРМ»	г. Усть-Каменогорск, б Гагарина 12-А	+	2 740 000

Сравнительная таблица:

Технические характеристики	Заявленные требования	ТОО «Сфера-ПВЛ», стол операционный общехирургический с комбинированным приводом «ARLAN», марки ОК -01	ТОО «Satory KZ», стол операционный с электроприводом с регулируемой высотой панели СОМЭп – 01 (исп 4)	ТОО «ОСТ-ФАРМ», стол операционный с электроприводом с регулируемой высотой панели СОМЭп – 01 (исп 4)
Обратное Тренделенбург	20 градусов	25 градусов	30 градусов	30 градусов
Тренделенбург	15 градусов	25 градусов	30 градусов	30 градусов
Поперечный наклон	15 градусов	Нет данных	Нет данных	Нет данных
Движение назад и вперед	250 мм	Нет данных	Нет данных	Нет данных
Секция для головы, выше для	45 градусов	Нет данных	0-30 градусов	0-30 градусов

горизонтального положения				
Секция для головы, ниже для горизонтального положения	90 градусов	Нет данных	0-35 градусов	0-35 градусов
Секция для спины, ниже для горизонтального положения	75 градусов	Нет данных	45 градусов	45 градусов
Секция для спины, выше для горизонтального положения	30 градусов	Нет данных	75 градусов	75 градусов
Секция для ног, ниже для горизонтального положения	90 градусов	Нет данных	Вверх: 0-90 градусов Вниз: 0-30 градусов	Вверх: 0-90 градусов Вниз: 0-30 градусов
Секция для ног, открытая	90 градусов	Нет данных	Нет данных	Нет данных
Подъем спины	Не менее 80 мм	Нет данных	Нет данных	Нет данных
Длина	Не менее 2100 мм	2015 мм	2000 мм	2000 мм
Минимальная высота	Не менее 580 мм	80 мм	720	720
Максимальная высота	Не менее 930 мм	1050 мм	1020	1020
Скорость подъема	Не менее 4 мм/с	Нет данных	Нет данных	Нет данных
Грузоподъемность	Не менее 165 кг	160 кг	160 кг	160 кг
Емкость батареи	Не менее 14 А/ч	Нет данных	Нет данных	Нет данных
Секция для головы	Не менее 250x500 мм	Нет данных	Нет данных	Нет данных
Наркозный экран	Из металлической планки	Нет данных	Нет данных	Нет данных
Опора для тела (боковой упор) Секция для спины	Не менее 565x500 мм Не менее 75x500 мм Не менее 450x500 мм	500 мм	500 мм	500 мм
Секция для поясницы Сиденье		500 мм Нет данных	Нет данных	Нет данных
Боковой упор	Не менее 85x500 мм	Не менее 15 градусов	Не менее 20 градусов	Не менее 20 градусов
Подлокотник (опора для руки)	Металлический каркас выполнен из нержавеющей стали с полиуретановыми подкладками под руки	Нет данных	Нержавеющая сталь, матрацы из интегрального пенополиуретана с антистатическими свойствами	Нержавеющая сталь, матрацы из интегрального пенополиуретана с антистатическими свойствами
Ногодержатель	Не менее 600x240 мм	Наклон ножной секции панели вниз 90 градусов	Нет данных	Нет данных
Подушка	Литая, выполнена из полиуретана	Нет данных	Нет данных	Нет данных

Ремень для фиксации туловища	Выполнен из прочного полиэстра с липучками	Нет данных	Нет данных	Нет данных
Подставка для ступней	Металлический каркас выполнен из нержавеющей стали с полиуретановыми подкладками под ступни	Нет данных	Нет данных	Нет данных
Высота подъема почечного валика	-	120 мм	120 мм	120 мм
Привод бокового и продольного наклонов панели стола	-	Нет данных	Электрический с пульта управления	Электрический с пульта управления
Привод подъема и опускания панели	-	Нет данных	Электрический с пульта управления	Электрический с пульта управления
Базовая комплектация	1.Секция для головы-1 шт., 2.Анастезиологический экран-1 шт., 3.Опора для тела (боковой упор) -2шт., 4.Опора для плеч- 2 шт., Подлокотник (опора для руки) -2 шт., 5.Ногодержатель – вильчатая стойка для коленей – 1 шт., 6.Подушка – 1 шт., 7.Фиксирующие тело ремни-1 шт., 8.Подставка для ступней-1 шт.	Нет данных	1.Стол операционный СОМэп-01- 1 шт., 2.Наркозный экран-1 шт., 3.Штатив (для длительных вливаний)-1 шт., 4.Панель (стольк для инъекций)-2 шт., 5.Ремень (для фиксации туловища)-1 шт., 6.Рукодержатель -2 шт., 7.Приспособление для рентгенографии 1 шт., 8.Упор (боковой упор)-2 шт.	1.Стол операционный СОМэп-01- 1 шт., 2.Наркозный экран-1 шт., 3.Штатив (для длительных вливаний)-1 шт., 4.Панель (стольк для инъекций)-2 шт., 5.Ремень (для фиксации туловища)-1 шт., 6.Рукодержатель -2 шт., 7.Приспособление для рентгенографии 1 шт., 8.Упор (боковой упор)-2 шт.







Рассмотрев предложения потенциальных поставщиков постановили:

Все поставщики предоставили техническую характеристику согласно поданному объявлению. Для обеспечения отделения операционным столом произвести закуп у **ТОО «ОСТ-ФАРМ»** по самой низкой цене, г. Усть-Каменогорск, б Гагарина 12-А, тел 8 (7232) 536587, 8 (7232) 765041

Заключить Договор в течении 5 рабочих дней.

Договор будет составлять на сумму **2 740 000** (Два миллиона семьсот сорок тысяч) тенге.

Ценовые предложения прилагаются.

Председатель комиссии	Альгожин Т.Б.	
Зам. председателя	Богомазова И.В.	
Секретарь	Фурман М.В.	
Члены комиссии	Трубач С.Д.	
	Джетписбаева С.К.	
	Кравчук В.А.	
	Ибраимова Ш.Ж.	