

## Экспертное заключение

### Лот № 1 Перчатки

На тендер поступили предложения от следующих потенциальных поставщиков:

1. ТОО «Vita Pharma» предложило к закупу: Перчатки латексные хирургические стерильные неопудренные перчатки анатомической формы, Китай. Исин Эйч Би ЭМ Латекс Продакшн Ко.ЛТД.Китай.
2. ТОО «Medical Active Group» предложило к закупу: Перчатки Gammex Latex латексные хирургические стерильные неопудренные перчатки анатомической формы, Малайзия, компании Ansell  
Экспертиза технических характеристик предложенного медицинского изделия, проведенная на основании представленных спецификаций от потенциальных поставщиков, и образцов изделий, позволяет сделать следующий вывод:

#### Таблица сравнения технических характеристик:

Значение параметра	ТОО «Vita Pharma»	ТОО «Medical Active Group»
<b>Технические параметры:</b>		
Латексные, хирургические, стерильные, неопудренные перчатки, анатомической формы.	Соответствует	Соответствует
Материал: натуральный каучуковый латекс	Не соответствует Нет документального подтверждения	Соответствует
Манжета - усиленная, без валика с клейкой полосой для надежной фиксации на рукаве халата	Не соответствует Нет документального подтверждения	Соответствует
Наружная поверхность: микротекстурированная, хлорированная и обработанная силиконом	Не соответствует Нет документального подтверждения	Соответствует
Внутренняя поверхность: с полиуретановым покрытием, обработанная силиконом	Не соответствует Нет документального подтверждения	Соответствует
Толщина (средний палец) - 0,220 мм, ладонь - 0,200 мм, манжета: 0,200 мм. Минимальная длина - 290 мм	Не соответствует Нет документального подтверждения	Соответствует
Проницаемость для цитостатиков	Не соответствует Нет документального подтверждения	Соответствует
Низкий уровень аллергенности	Не соответствует Нет документального подтверждения	Соответствует

1. Перчатки латексные хирургические стерильные неопудренные анатомической формы, Китай, Исин Эйч Би ЭМ Латекс Продакшн Ко.ЛТД.Китай. предложенные ТОО «Vita Pharma» **не соответствует** требуемой технической спецификации (Приложение 2 к ТД) по следующим характеристикам: (Смотреть Таблицу сравнения)

- При визуальном осмотре и сравнении образцов выявлено несоответствие по размерам и по физическим свойствам.
  - Предоставленные документы: «Декларация о соответствии» содержит общую информацию о закупленных потенциальным поставщиком изделиях и не содержит описания требуемых характеристик; Документ – предположительно являющийся технической спецификацией, предоставлен на иностранном языке без перевода, в связи с чем не может рассматриваться для подтверждения необходимых параметров.
2. Перчатки латексные хирургические стерильные неопудренные анатомической формы, Малайзия, предложенные ТОО «Medical Active Group», полностью соответствует требованиям тендерной документации, что подтверждается визуальным осмотром образца и приложенными документами

Эксперт:

*Врач - эпидемиолог Селтанова М.А.*  
*Секрет*