

**ПРОТОКОЛ №142**  
**итога по закупке медицинских изделий**  
**для КГП на ПХВ «Павлодарская областная детская больница»**  
**способом запроса ценовых предложений на 2022 год**

г. Павлодар

29 июля 2022 года

Комиссия в составе:

1. Шайкенова К.З. – зам. директора по контролю качества мед. услуг, председатель;
  2. Гарник Е.В. – зам. директора по сестринскому делу, заместитель председателя;
  3. Исеева Ш.К. – медицинская сестра аптечного склада, член комиссии;
  4. Байтенова М.А. – председатель профсоюзного комитета, член комиссии;
  5. Абулхаир Д.Э. – бухгалтер, член комиссии;
- Мергалимова А.А. – бухгалтер, секретарь комиссии.

Подведены итоги вскрытия конвертов по закупке медицинских изделий способом запроса ценовых предложений на 2022 год в соответствии с Правилами организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг от 04 июня 2021 года №375 (далее - Правила).

1. Наименование, краткое описание и цена закупаемых медицинских средств:

№ лота	Наименование лота	Техническая спецификация	Ед. изм	Кол-во	Сумма закупки, тенге
1	Винт педикулярный многоосевой, титановый 5.5, диаметром 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.5, 8.5 мм, длиной 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 мм	Винт костный многоосевой для стержня диаметром 5.5 мм, размером (мм) 4.0, 4.5 5.0 5.5, 6.0, 6.5, 7.5, 8.5; длиной (мм) 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 – должен быть изготовлен из титанового сплава марки Ti-6Al-4V, градация V, американский стандарт ASTM F136, немецкий стандарт DIN 17850. Многоосевой винт с самонарезающей резьбой, с постоянным широким шагом и диаметром, головкой «камертонного типа», на торцевых гранях которой имеются по две вертикальных прорези 1*4 мм, а на боковых стенках - по два круглых гнезда диаметром 4 мм, основание головки винта на протяжении нижней трети имеет меньший диаметр (на 2 мм), чем на протяжении верхнего отдела. Кончик транспедикулярного винта должен иметь тупую форму (60°). Головка винта фиксирована к ножке сферическим штампованным соединением; конец ножки, фиксированный в головке, сферической формы с внутренним шестигранным шлицем для фиксации отвертки в процессе имплантации. Ножка винта должна иметь резьбу с постоянным шагом 9.0 и уменьшающейся глубиной от конца к основанию, от 1,33 до 0,61 мм. Размеры: диаметр 4.0мм/ 4.5мм/ 5.0мм/ 5.5мм/ 6.0мм/ 6.5мм/ 7.5мм/ 8.5мм, длина от 20 до 65 мм с шагом 5 мм. Размеры головки винта: высота 16.1 мм, сагитальная ширина 9.2 мм, диаметр 12.63 мм. Высота профиля 16.1 мм, диаметр футпринта 11 мм. Угол наклона головки винта относительно оси ножки винта должна составлять 28° при любом диаметре ножки винта.	шт	26	1 193 400,00
2	Гайка титановая, с отламывающейся головкой 5.5	Гайка для стержня диаметром (мм) 5.5 с отламывающейся головкой, должна состоять из двух частей: нижней фиксирующей высотой 4,5 мм, погружающейся в головку импланта, имеющей внешнюю резьбу G4, и верхней шестигранной, сепарируемой при затягивании. Сепарируемая часть гайки полая, высота 7,5 мм. На блокирующей части гайки сверху должна иметься шестигранный внутренний шлиц для ревизионного вмешательства. Размер посадочного гнезда гайки – 8 мм. Внешняя резьба G4 должна иметь шаг 1,33 мм и быть	шт	26	532 350,00

		реверсивной, т.е. имеет противоположный (относительно стандартной резьбы) угол наклона: с горизонтальной плоскостью образует угол -5°. На погружаемой плоской нижней поверхности гайки должен быть «протрузионный» шип.			
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

2. Дата и время представления ценового предложения, наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, предоставивших ценовые предложения:

№ п/п	Дата	Время	Наименование потенциального поставщика	Юридический адрес
1	20.07.2022 г.	12ч 00мин	ТОО «А-37»	г. Алматы, ул. Тимирязева, 42, корпус 15
2	22.07.2022 г.	12ч 20мин	ТОО «Шёлковый путь 2021»	г. Караганда, ул. Зои Космодемьянской, д. 56

3. Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа, и цена такого договора:

- ТОО «А-37», г. Алматы, ул. Тимирязева, 42, корпус 15, по лотам №1 «Винт педикулярный многоосевой, титановый Legacy 5.5, диаметром 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.5, 8.5 мм, длиной 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 мм», № 2 «Гайка титановая, с отламывающейся головкой Legacy 5.5» на общую сумму 1 676 480 (Один миллион шестьсот семьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят) тенге 00 тиын;

Ценовые предложения ТОО «Шёлковый путь 2021» по лотам №1 и №2 не рассматривались на основании подпункта 2 пункта 18 Правил – несоответствие характеристик условиям объявления.

4. Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями.

При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями представители потенциальных поставщиков отсутствовали.

В соответствии с пунктом 102 Главы 9 Правил, победитель представляет заказчику в течение десяти календарных дней со дня признания победителем, документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.







В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп медицинских изделий способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

Председатель комиссии:

Зам. председателя комиссии:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

 Шайкенова К.З.  
 Гарник Е.В.  
 Исеева Ш.К.  
 Байтенова М.А.  
 Абулхаир Д.Э.  
 Мергалимова А.А.