

**ПРОТОКОЛ №22**  
**итогов по закупу медицинских изделий на 2024 год**  
**для КГП на ПХВ «Павлодарский областной центр крови»**  
**способом проведения тендера.**

г. Павлодар

14 февраля 2024 года


В соответствии с требованиями Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 07 июня 2023 года №110 (далее - Правила), тендерная комиссия в составе:

1. Сыздыкова С.Б. – зам. директора по МЧ, председатель;
  2. Исабекова А.К. – зав.ОКД, зам. председателя комиссии;
  3. Алейник А.Я. – главная медсестра, член комиссии;
  4. Сиязова Ж.С. – зав.ЛДИ, член комиссии;
  5. Тулемисов М.Ш. – председатель профсоюзного комитета, член комиссии;
- Жанпеисова М.М. – бухгалтер, секретарь комиссии.

Подвела итоги закупа медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного медицинского страхования на 2024 год, способом тендера.

**1. Наименование, краткое описание закупаемых медицинских изделий по лотам и сумма закупа:**

№ лота	Наименование лота	Техническая спецификация	Ед. изм	Кол-во	Сумма, для закупа, тенге
1	Автоматический анализатор для определения СОЭ	<p>Основной модуль: Анализатор автоматический для определения скорости оседания эритроцитов СОЭ</p> <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• результат за первые 20 секунд агрегации эритроцитов</li> <li>• первый результат через 5 минут от начала анализа</li> <li>• не требует реагентов</li> <li>• результаты в мм/ч шкалы Вестергрена в диапазоне от 1 до 130 мм/ч</li> <li>• высокая корреляция с референсным методом Вестергрена</li> <li>• отсутствие влияния низкого гематокрита на результат</li> <li>• 100 мкл цельной крови (500 мкл мертвого объема)</li> <li>• общий объем крови в пробирке (с учетом мертвого объема): 200 мкл капиллярной и 800 мкл венозной</li> <li>• вместимость до 20 образцов</li> <li>• производительность до 180 тестов в час</li> <li>• работа со стандартными вакуумными и педиатрическими пробирками для общего анализа крови</li> <li>• контроли и калибраторы</li> <li>• расходный материал – смарт-карты с тест-единицами. Доступны для заказа карты на: 250, 1000, 2000, 5000 и 10 000 тестов. Промывающий раствор IWASH</li> <li>• измерение при фиксированной температуре 37°C</li> <li>• автоматическое перемешивание образца в соответствии с требованиями CLSI*</li> <li>• сенсорный экран</li> <li>• дружелюбный пользовательский интерфейс,</li> <li>• совместимость с ЛИС</li> <li>• простая процедура замены иглы</li> <li>• встроенный термопринтер</li> <li>• автоматическая промывка</li> </ul>	шт	1	9 500 000



	<ul style="list-style-type: none"> <li>программное обеспечение позволяет контролировать состояние фотометрической системы во время каждой промывки.</li> <li>Вес 13.6 кг.</li> </ul> <p>Дополнительные комплектующие: Промывочный: раствор 4 фл по 500мл - 1 уп., Контрольный материал для проверки СОЭ: 6фл. На основе эритроцитов человека. 2 уровня по 3 флакона-1уп., Расходные материалы и изнашиваемые узлы: 112-00250 Тест Карта 1000 тестов - 1 шт. Требования к условиям эксплуатации: Требования к питанию 100-240 В Частота-50-60 Гц Мощность 160 Вт Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц: Гарантийное сервисное обслуживание МТ 37 месяцев Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий</p>			
--	---	--	--	--

**2. Дата и время представления ценового предложения, наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, предоставивших ценовые предложения:**

№ п/п	Дата	Время	Наименование потенциального поставщика	Юридический адрес
1	01.02.2024	10:48	ТОО «Sau Med Group»	г. Астана, район Есиль, ул. Г.Әлиев, д.2, кв.178
2	02.02.2024	16:18	ТОО «Сфера-ПВЛ»	г.Павлодар, ул.Н.Назарбаева 18
3	05.02.2024	08:42	ТОО «Geo Target»	г.Астана, ул.Б.Майлин 19

**3. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки.**  
Тендерная комиссия рассмотрела представленные тендерные заявки потенциального поставщика на соответствие условиям, предусмотренным пунктами 8, 9 и 11 Правил (Приложение 1).

**4. Цена и другие условия каждой тендерной заявки в соответствии с тендерной документацией:**  
- Потенциальный поставщик ТОО «Sau Med Group», г. Астана, район Есиль, ул. Г.Әлиев, д.2, кв.178

№ лота	Наименование лота	Ед. изм	Кол-во	Цена за ед., тенге	Производитель
1	Автоматический анализатор для определения СОЭ	шт	1	9 200 000	ALCOR Scientific Inc. США

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

- Потенциальный поставщик ТОО «Сфера-ПВЛ», г.Павлодар, ул.Н.Назарбаева18

№ лота	Наименование лота	Ед. изм	Кол-во	Цена за ед., тенге	Производитель
1	Автоматический анализатор для определения СОЭ	шт	1	9 120 000	ALCOR Scientific Inc.США

- Потенциальный поставщик ТОО «Geo Target», г.Астана, ул.Б.Майлин 19

№ лота	Наименование лота	Ед. изм	Кол-во	Цена за ед., тенге	Производитель
1	Автоматический анализатор для определения СОЭ	шт	1	7 800 000	ALCOR Scientific Inc.США

**5. Изложение оценки и сопоставление тендерных заявок:**

- соответствие потенциального поставщика условиям Правил;
- представление гарантийного обеспечения тендерной заявки в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в тендерной документации;
- соответствие тендерной заявки требованиям тендерной документации;
- цены тендерных заявок потенциальных поставщиков в соответствии с суммой, выделенной для закупа;
- соответствие технических характеристик потенциальных поставщиков требованиям тендерной документации.

В целях уточнения соответствия потенциальных поставщиков условия Правил в части их непричастности к процедуре банкротства либо ликвидации тендерная комиссия рассматривает информацию, размещенную на интернет – ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего контроль за проведением процедур банкротства либо ликвидации.

**6. Основание отклонения тендерных заявок:**

Отклонить тендерную заявку ТОО «Sau Med Group» на основании подпункта 7) пункта 62 Правил - представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и Правил.

Отклонить тендерную заявку ТОО «Geo Target» на основании подпункта 7) пункта 62 Правил - представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и Правил

**7. Наименование и местонахождение победителя по лоту тендера и условия, по котрым определен победитель:**

По результатам рассмотрения представленных тендерных заявок тендерная комиссия единогласно **РЕШИЛА:** определить победителем тендера ТОО «Сфера-ПВЛ», г.Павлодар, ул.Н.Назарбаева18, на основании пункта 66 Правил – в отсутствие конкуренции по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям Правил.

**7.Срок, в течении которого надлежит заключить договор закупа.**

Заказчик в течении 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов тендера направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа. Победитель тендера подписывает договор закупа в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня получения договора, либо письменно уведомляет о несогласии с его условиями или отказе от подписания.


**8. Информация о привлечении экспертной комиссии. Экспертная комиссия не привлекалась.**

Председатель комиссии:

Зам. председателя комиссии:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

  
Сыздыкова С.Б.  
Исабекова А.И.  
Алейник А.Я  
Сиязова Ж.С.  
Тулемисов М.Ш.  
Жанпейсова М.М.