

ПРОТОКОЛ № 2
итогов закупа медицинских изделий для
КГП на ПХВ «Хоспис Павлодарской области»

г. Павлодар, Ломова 49/6

11 марта 2024года

Комиссия в составе:

Председатель комиссии
Заместитель председатель
Члены комиссии:

Касенова А.Т. – руководитель
Аубакирова Н.Т. – старшая мед.сестра
Оспанова А.А – главный бухгалтер
Дандебаева Д.Ж. – юрист
Медведева Ю.А – мед.сестра по ЛСиМИ

Ныгманова Д.Т.

1. На основании Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 07 июня 2023года №110 (далее- Правила) подвела итоги по запуску медицинских изделий способом запроса ценовых предложений.

2. Краткое описание медицинских изделий и их наименование:

№ лота	Наименование лота	Техническая спецификация	Ед.изм.	Общее кол-во	Сумма
1	Кровать медицинская функциональная 4-х секционная с электрической регулировкой	<p>Описание Каркас кровати -1 шт Колеса-4 шт Боковое ограждение – 4 шт Инфузионная стойка-1 шт Электрический привод – 1 шт Габариты Размеры Высота (+) 455-745 мм Длина (+) 2085мм Ширина (+)1025 мм Грузоподъемность 250 кг Диапазон угла наклона секции голеностопа 0-32 градусов (+5 градусов) Количество секции 5 Тренделенбург/Антитренделенбург 0-12/0-12 Угол наклона спинной панели 0-75 градусов Материал спинки: ABS-пластик Откидные боковые ограждения Да Тип привода: Электрический Комплектация: Стойка для подтягивания, штатив для вливания, матрас Цвет: Белый Кровать отечественного производства Матрас водонепроницаемый 4-х секционный. Длина 2085мм ширина 1020 мм высота 80мм Дополнительные комплектующие Штатив для вливания-2 Стойка для подтягивания -2 Боковое ограждения-8</p>	шт	2	2500000
2	Рециркулятор одноламповый облучатель-рециркулятор закрытого типа	<p>Тип облучателя закрытый Тип крепления настенный Потребляемая мощность не менее 25 Вт Напряжение 220 В Частота 50 Гц Производительность не менее 30±10 м³/ч Количество ламп 1 шт. Тип цоколя лампы Категории помещений<</p>	шт	5	140625

		жилые помещения, I, II, III, IV, V Рекомендуемая площадь помещения 30 м ³ Особенности бесперерывная работа в присутствии людей и животных, индикатор наработки лампы, возможность установки на передвижную стойку или подставку Уровень шума не более 40 дБ Комплектация: подставка для передвижения Цвет: Белый отечественного производства			
ИТОГО					2640625

3. Дата и время предоставления ценового предложения:

№ лота	Наименование поставщика, предоставившего ценовое предложение	Дата представления	
1	ТОО «ФортунаМед»	06.03.2024	10:37
2	ТОО «Medical Trade14»	07.03.2024	11:57

Наименование и местонахождение потенциального поставщика с которым предполагается заключить договор закупа, цена договора:

№ лота	Наименование лота	Поставщик	Ед.изм.	Общее кол-во	Сумма
1	Кровать медицинская функциональная 4-х секционная с электрической регулировкой	ТОО «ФортунаМед»	шт	2	2346000
3	Рециркулятор одноламповый облучатель-рециркулятор закрытого типа	ТОО «ФортунаМед»	шт	5	140500

Председатель комиссии
Заместитель председатель
Члены комиссии:

Касенова А.Т. – руководитель
Аубакирова Н.Т. – старшая мед.сестра
Оспанова А.А – главный бухгалтер
Дандебаева Д.Ж. – юрист
Медведева Ю.А – мед.сестра по ЛСиМИ

Секретарь:

Ныгманова Д.Т.