

ПРОТОКОЛ № 108
итогов закупа медицинской техники на 2024 год
для КГП на ПХВ «Павлодарская областная детская больница»
способом проведения тендера.

г. Павлодар

14 ноября 2024 года

В соответствии с условиями Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 07 июня 2023 года №110 (далее – Правила), тендерная комиссия в составе:

1. Байдрахимов Г.Б. – заместитель директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению КГП на ПХВ «Павлодарская областная детская больница», председатель комиссии;

2. Подзорова С.В. – заместитель руководителя по контролю качества медицинских услуг КГП на ПХВ «Экибастузская городская больница», заместитель председателя комиссии;

3. Альгожин Т.Б. – заместитель директора по медицинской части КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер», член комиссии;

4. Мустафин К.Б. – и.о. руководителя КГП на ПХВ «Иртышская районная больница», член комиссии;

5. Жохов А.В. – и.о. заместителя руководителя по медицинской части КГП на ПХВ «Иртышская районная больница», член комиссии;

6. Капанова Ж.Г. – заместитель руководителя, руководитель неонатальной службы КГП на ПХВ «Павлодарский областной перинатальный центр №1», член комиссии;

7. Мукатов Р.Н. – заместитель руководителя по медицинской части КГП на ПХВ «Успенская районная больница», член комиссии;

Мергалимова А.А. – бухгалтер КГП на ПХВ «Павлодарская областная детская больница», секретарь тендерной комиссии,

подвели итоги закупа медицинской техники в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования на 2024 год, способом проведения тендера.

1. Наименование, краткое описание закупаемой медицинской техники по лотам и сумма закупа:

№ лота	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупа, тенге
1	Устройство для согревания растворов и препаратов крови с высокой скоростью потока	комплект	1	16 143 000,00
2	Система ультразвуковая диагностическая медицинская с принадлежностями	комплект	1	19 990 000,00
3	Амбулаторный монитор артериального давления (СМАД)	комплект	1	2 500 000,00
4	Система инъекционная с расходным материалом (инжектор)	комплект	1	19 000 000,00
5	Рентгенографическая система передвижная	комплект	2	39 800 000,00
6	Высокопоточный нагреватель жидкостей	комплект	1	16 143 000,00
7	Электрический отсасывающий насос в комплекте	комплект	1	1 388 702,00
8	Электрокардиограф	комплект	3	9 150 000,00
9	Рабочее место оториноларинголога для проведения диагностических и лечебных процедур	комплект	1	19 858 377,00
10	Комплекс суточного мониторинга по Холтеру, 12 канальный	комплект	1	6 500 000,00
11	Конвекционная система обогрева пациента с принадлежностями	комплект	1	6 465 552,00
12	Светильник медицинский	комплект	5	8 421 280,00
13	Светильник медицинский светодиодный, двухкупольный	комплект	2	21 995 288,00



14	Автомат для мойки, дезинфекции и стерилизации эндоскопов	комплект	1	19 500 000,00
15	Видеокольпоскоп	комплект	1	4 972 505,00
16	Дефибрилятор-монитор	комплект	3	17 100 000,00
17	Кровать медицинская функциональная регулируемая	комплект	3	6 940 500,00
18	Кровать медицинская функциональная	комплект	1	4 887 500,00
19	Коагулятор электрохирургический	комплект	2	39 900 000,00
20	Реанимационное место для интенсивного терапевтического ухода (излучающий обогреватель для новорожденных)	комплект	6	90 000 000,00
21	Инкубатор для новорожденных	комплект	1	14 800 000,00
22	Размораживатель плазмы	комплект	1	3 880 000,00
23	Кресло гинекологическое	комплект	3	12 000 000,00
24	Прибор для согревания крови и инфузионных растворов	комплект	1	5 608 109,00

2. Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика
1	ТОО «Диагаль»	г. Астана, мкр. Юго-Восток, ул. Жанкент, д. 88
2	ТОО «ADICom LTD»	г. Астана, пр. Кабанбай батыра, д. 42, кв. 341
3	ТОО «Элан-West»	г. Актобе, ул. Бурабая, д. 135, оф. 14
4	ТОО «ZEIN INVEST»	г. Астана, ул. Шарль де Голль, здание 3 А
5	ТОО «SBK STANDART»	г. Астана, р-н Есиль, ул. Сарайшык, д. 8 кв. (офис) 98
6	ТОО «Niko Pharm»	г. Астана, район Есиль, пр. Туран, здание 50, н.п. 1. оф. 304
7	ТОО «Medical Trade14»	г. Павлодар, ул. Кабдеш Нуркин, строение 104/13, оф. 8
8	ТОО «ProfiMed.AST»	г. Астана, ул. Мәскеу, д. 21/1
9	ТОО «Медэкс Плюс»	г. Алматы, пр. Сейфуллина 404/67, оф. 117
10	ТОО «EndoStar»	г. Астана, ул. Мирзояна, 3-56
11	ТОО «Медико-Инновационные Технологии»	г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 8, этаж 4
12	ТОО «МедЭксперт Сервис»	г. Астана, р-н Нуры, ул. Шынгыс Айтматова, 62 оф. 1/1
13	ТОО Компания «Медиус»	г. Павлодар, ул. Ак. Сатпаева, д. 43 оф. 17
14	ТОО «Life medical solutions»	г. Алматы, Алмалинский р-н, проспект Сейфуллина, 404/67
15	ТОО «UNIX Pharm»	г. Астана, р-н Есиль, ул. Достык, здание 20, ВП 12
16	ТОО «ДАЛ Казахстан»	г. Алматы, р-н Ауэзовский, мкр. Аксай-3Б, дом 30/2
17	ТОО «Uni market service»	г. Павлодар, пр. Назарбаева, 259
18	ТОО «ОрдаМед Павлодар»	г. Павлодар, ул. Торайгырова, строение 1/3, оф. 11
19	ТОО «Алаш-KZ»	г. Павлодар, ул. Луначарского, строение 44/2, каб. № 13
20	ТОО «МедМир-ПВЛ»	г. Павлодар, ул. Кабдеш Нуркин, д.72/1

3. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки. Тендерная комиссия рассмотрела представленные тендерные заявки потенциального поставщика на соответствие условиям, предусмотренным пунктами 8, 9 и 11 Правил (Приложение 1).

4. Цена и другие условия каждой тендерной заявки в соответствии с тендерной документацией:

- Потенциальный поставщик **ТОО «Диагаль»**, г. Астана, мкр. Юго-Восток, ул. Жанкент, 88:

№ лота	Наименование	Ед. изм.	Цена за единицу, тенге	Производитель, страна	Номер регистрационного удостоверения
20	Излучающий обогреватель для новорожденных Babygo TN300	комплект	15 000 000,00	Draeger Medical Systems, Inc., США	PK-МИ (MT)-№027462
21	Инкубатор для новорожденных Isolette 8000 plus	комплект	14 800 000,00	Draeger Medical Systems, Inc. (США)	PK-MT-5№017942

- Потенциальный поставщик **ТОО «ADICom LTD»**, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 42, кв. 341:



№ лота	Наименование	Ед. изм.	Цена за единицу, тенге	Производитель, страна	Номер регистрационного удостоверения
7	Электрический отсасывающий насос в вариантах исполнения Eurovac H-40 в комплекте	комплект	1 388 702,00	HERSILL, S.L., Испания	PK-MT-7№011635
8	Электрокардиограф в исполнении: E80	комплект	3 050 000,00	Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd., Китай	PK-MT-5№020346
11	Конвекционная система обогрева пациента WarmTouch 6000 с принадлежностями	комплект	6 465 552,00	Covidien llc, Соединённые Штаты Америки	PK-MT-7№012807
12	Светильник медицинский АСЕМ	комплект	1 684 256,00	АСЕМ SpA, Италия	PK-MT-5№019041

- Потенциальный поставщик **ТОО «Элан-West»**, г. Актобе, ул. Бурабая, д. 135, оф. 14:

№ лота	Наименование	Ед. изм.	Цена за единицу, тенге	Производитель, страна	Номер регистрационного удостоверения
2	Система для ультразвуковой диагностики SonoScape S50, в комплекте	комплект	18 900 000,00	SONOSCAPE MEDICAL CORP, Китай	PK-МИ (MT)-№023148

- Потенциальный поставщик **ТОО «ZEIN INVEST»**, г. Астана, ул. Шарль де Голль, здание 3А:

№ лота	Наименование	Ед. изм.	Цена за единицу, тенге	Производитель, страна	Номер регистрационного удостоверения
2	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Versana Premier с принадлежностями	комплект	19 990 000,00	GE Medical Systems China Co., Ltd, Китай	PK-MT-5№019808
3	Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft с принадлежностями	комплект	2 500 000,00	GE Medical Systems Information Technologies, Inc., США	PK-MT-5№022116
4	Система инъекционная MEDRAD Salient с расходным материалом	комплект	18 800 000,00	Imaxeon Pty Ltd, Австралия	PK-MT-5№020801

- Потенциальный поставщик **ТОО «SBK STANDART»**, г. Астана, р-н Есиль, ул. Сарайшык, д. 8 кв. (офис) 98:

№ лота	Наименование	Ед. изм.	Цена за единицу, тенге	Производитель, страна	Номер регистрационного удостоверения
10	Электрокардиограф BTL-08 Holter с принадлежностями, варианты исполнения: Holter H-600	комплект	6 000 000,00	BTL Industries Limited, Великобритания	PK-MT-5№021359
15	Видеокольпоскоп в следующих исполнениях С6	комплект	4 972 505,00	Edan Instruments, Inc., Китай	PK-МИ (MT) - №014247
17	Кровать медицинская функциональная регулируемая, модель LISA, модификаций LE-4	комплект	2 313 500,00	ТОО "KSC-PLAST", Казахстан	PK-MT-5№015138
18	Кровать медицинская многофункциональная Eleganza 2 с принадлежностями	комплект	4 887 500,00	Linet spol. s.r.o. Чешская Республика	PK-MT-5№017461

- Потенциальный поставщик **ТОО «Niko Pharm»**, г. Астана, район Есиль, пр. Туран, здание 50, н.п. 1. оф. 304:

№ лота	Наименование	Ед. изм.	Цена за единицу, тенге	Производитель, страна	Номер регистрационного удостоверения
9	Рабочее место отоларинголога для	комплект	18 791 745,00	Happersberger	PK-MT-7№012140

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

	проведения диагностических и лечебных процедур «Otopront»			Otopront GmbH, Германия	
13	Светильник медицинский светодиодный моделей Mach LED потолочный, вариантах исполнения: Double combination: Mach LED 300 DF+Mach LED 300 DF	Комплект	10 997 644,00	Dr.Mach GmbH&Co.KG, Германия	PK-MT-0№023091
14	Автомат для мойки, дезинфекции и стерилизации эндоскопов MEDIVATORS ISA	комплект	19 500 000,00	Cantel Medical (Italy) S.r.l. Италия	PK-MT-5№016998
16	Дефибриллятор-монитор Efficia DFM100 с принадлежностями	комплект	5 700 000,00	Philips Goldway (Shenzhen) Industrial Inc, Китай	PK-MT-5№015185

- Потенциальный поставщик **ТОО «Medical Trade14»**, г.Павлодар, ул. Кабдеш Нуркин, строение 104/13, оф. 8:

№ лота	Наименование	Ед. изм.	Цена за единицу, тенге	Производитель, страна	Номер регистрационного удостоверения
23	Кресло гинекологическое КГ-6	комплект	3 410 000,00	АО "Досчатинский завод медицинского оборудования", Россия	PK-MT-7№011365

- Потенциальный поставщик **ТОО «ProfiMed.AST»**, г. Астана, ул. Мәскеу, д. 21/1:

№ лота	Наименование	Ед. изм.	Цена за единицу, тенге	Производитель, страна	Номер регистрационного удостоверения
19	Аппарат электрохирургический электролигирующий Valleylab FT10	комплект	18 300 000,00	Covidien Inc, Соединённые Штаты Америки	PK-MT-5№016158

- Потенциальный поставщик **ТОО «Медэкс Плюс»**, г. Алматы, пр. Сейфуллина 404/67, оф. 117:

№ лота	Наименование	Ед. изм.	Цена за единицу, тенге	Производитель, страна	Номер регистрационного удостоверения
19	Коагулятор электрохирургический серии ERBE VIO вариант исполнения VIO 3 с принадлежностями	комплект	18 475 000,00	ERBE Elektromedizin GmbH, Германия	PK-MT-5№018065

- Потенциальный поставщик **ТОО «EndoStar»**, г. Астана, ул. Мирзояна, 3-56:

№ лота	Наименование	Ед. изм.	Цена за единицу, тенге	Производитель, страна	Номер регистрационного удостоверения
19	Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции ARC серии 400, в комплекте с принадлежностями	штука	19 950 000,00	BOWA electronic GmbH & Co.KG, Германия	PK-MT-7№014614

- Потенциальный поставщик **ТОО «Медико-Инновационные Технологии»**, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 8, этаж 4:

№ лота	Наименование	Ед. изм.	Цена за единицу, тенге	Производитель, страна	Номер регистрационного удостоверения
12	Светильник хирургический светодиодный NuLED, вариант исполнения: NuLED 200M	комплект	1 599 000,00	NANJING MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD., Китай	PK-MT-5№022323
23	Кресло гинекологическое КГМ, исполнения: - кресло гинекологическое КГМ -1	комплект	3 200 000,00	ООО Мединдустрия Сервис, Беларусь	PK-MT-5№022054

- Потенциальный поставщик «МедЭксперт Сервис», г. Астана, р-н Нуры, ул. Шынгыс Айтматова, 62 оф. 1/1:

№ лота	Наименование	Ед. изм.	Цена за единицу, тенге	Производитель, страна	Номер регистрационного удостоверения
1	Высокопоточный нагреватель жидкостей Level 1	комплект	15 998 000,00	Smiths Medical ASD, Inc., США	PK-МИ(МТ)-0№024251
6	Высокопоточный нагреватель жидкостей Level 1	комплект	15 998 000,00	Smiths Medical ASD, Inc., США	PK-МИ(МТ)-0№024251
11	Конвекционный обогреватель Level 1®	комплект	6 197 000,00	Smiths Medical ASD, Inc., США	PK-МИ(МТ)-0№024047
24	Прибор Hotline HL-90 для согревания крови и инфузионных растворов	комплект	5 199 000,00	Smiths Medical ASD, Inc., США	PK-MT-7№014777

- Потенциальный поставщик ТОО Компания «Медиус», г. Павлодар, ул. Ак. Сатпаева, 43 оф. 17:

№ лота	Наименование	Ед. изм.	Цена за единицу, тенге	Производитель, страна	Номер регистрационного удостоверения
7	Отсасыватель медицинский В-80	комплект	1 100 000,00	ООО Висма-Планар НП, Беларусь	PK-MT-7№005750
12	Светильник передвижной «ЭМАЛЕД 100 П»	комплект	1 589 000,00	ЗАО «Завод ЭМА», Россия	PK-МИ (МТ)-№022925
14	Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких эндоскопов марки DetroWash с принадлежностями в исполнении 6004	комплект	12 400 000,00	Detro Healthcare Kimya Sanayi A.S., Турция	PK-MT-7№014804
15	Видеокольпоскоп исполнения С6	комплект	4 964 890,00	Edan Instruments, Inc., Китай	PK-МИ (МТ)-№014247
16	Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-11 «Аксион»	комплект	4 112 000,00	ООО Концерн Аксион, Россия	PK-MT-5№017589
21	Инкубатор интенсивной терапии новорожденных с микропроцессорным управлением мониторинга параметров температуры, концентрации кислорода, влажности воздуха, температуры и массы тела новорожденного ИДН-03-«УОМЗ»	комплект	9 590 000,00	АО Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова, Россия	PK-MT-5№020194
22	Размораживатель плазмы «PlasmaBox M» в комплекте	комплект	3 840 000,00	ОДО "ТахатАкси", Беларусь	PK-МИ (МТ)-0№026295
23	Кресло гинекологическое КГ-6	комплект	3 978 000,00	АО "Досчатинский завод медицинского оборудования", Россия	PK-MT-7№011365

- Потенциальный поставщик ТОО «Life medical solutions», г. Алматы, Алмалинский р-н, проспект Сейфуллина, 404/67:

№ лота	Наименование	Ед. изм.	Цена за единицу, тенге	Производитель, страна	Номер регистрационного удостоверения
5	Мобильная цифровая рентгенографическая система MobileCooper	комплект	19 800 000,00	Shenzhen Browiner Tech Co.,Ltd, Китай	PK-MT-5№021584
17	Кровать пациента с электрическим, механическим приводом серии NITRO HB 4220	комплект	2 000 000,00	GOKLER MOBILYA MEDIKAL VE SAGLIK HIZMETLERI, Турция	PK-MT-5№020644

- Потенциальный поставщик **ТОО «UNIX Pharm»**, г. Астана, р-н Есиль, ул. Достык, здание 20, ВП 12:

№ лота	Наименование	Ед. изм.	Цена за единицу, тенге	Производитель, страна	Номер регистрационного удостоверения
15	Видеокольпоскоп в следующих исполнениях С6	комплект	4 000 000,00	Edan Instruments, Inc. Китай	PK-MT-7№014247

- Потенциальный поставщик **ТОО «ДАЛ Казахстан»**, г. Алматы, р-н Ауэзовский, мкр. Аксай-ЗБ, дом 30/2:

№ лота	Наименование	Ед. изм.	Цена за единицу, тенге	Производитель, страна	Номер регистрационного удостоверения
5	Портативная цифровая рентгенографическая система SONTU100-POR-I	комплект	19 000 000,00	Shenzhen SONTU Medical Imaging Equipment Co., Ltd., Китай	PK МИ (MT)-0№024745

- Потенциальный поставщик **ТОО «Uni market service»**, г. Павлодар, пр. Назарбаева, 259:

№ лота	Наименование	Ед. изм.	Цена за единицу, тенге	Производитель, страна	Номер регистрационного удостоверения
24	Прибор Hotline HL-90 для согревания крови и инфузионных растворов	штука	5 100 000,00	Smiths Medical ASD, Inc, США	PK-MT-7№014777

- Потенциальный поставщик **ТОО «ОрдаМед Павлодар»**, г. Павлодар, ул. Торайгырова, строение 1/3, оф. 11:

№ лота	Наименование	Ед. изм.	Цена за единицу, тенге	Производитель, страна	Номер регистрационного удостоверения
3	Амбулаторный монитор артериального давления АВРМ-06, Meditech Ltd	штука	2 000 000,00	Meditech Kft., Венгрия	PK МИ(MT)-0№027635

- Потенциальный поставщик **ТОО «Алаш-KZ»**, г. Павлодар, ул. Луначарского, строение 44/2, каб. № 13:

№ лота	Наименование	Ед. изм.	Цена за единицу, тенге	Производитель, страна	Номер регистрационного удостоверения
4	Инжекторы для компьютерной томографии с принадлежностями	комплект	15 850 000,00	SINO MEDICAL-DEVICE TECHNOLOGY CO., LTD, Китай	PK-MT-5№021053
9	Лор-комбайн модель CU-3000	комплект	17 850 000,00	SHAMMED CO., LTD., РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ	PK-MT-7№013067
14	Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких эндоскопов марки	комплект	12 770 000,00	Detro Healthcare Kimya Sanayi A.S., Турция	PK-MT-7№014804

(Handwritten signatures and initials)

	Detro Wash с принадлежностями в следующих исполнениях: 7002				
15	Цифровой кольпоскоп KN-2200A	комплект	4 670 000,00	XUZHOU KERNEL MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD, Китай	ПК МИ (МТ)-0№026599
16	Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-11 «АКСИОН»	комплект	4 070 000,00	ООО Концерн Аксион, Россия	ПК-МТ-5№017589

- Потенциальный поставщик **ТОО «МедМир-ПВЛ»**, г. Павлодар, ул. Кабдеш Нуркин, д.72/1:

№ лота	Наименование	Ед. изм.	Цена за единицу, тенге	Производитель, страна	Номер регистрационного удостоверения
8	Электрокардиограф серии СМ с принадлежностями	комплект	1 660 000,00	Shenzen Comen Medical Instruments Co Ltd, Китай	ПК МИ (МТ)-0№024681
16	Дефибриллятор-монитор	комплект	3 890 000,00	Shenzen Comen Medical Instruments Co Ltd, Китай	ПК МИ (МТ)-0№024976

5. Изложение оценки и сопоставления тендерных заявок:

- соответствие потенциального поставщика условиям Правил;
- представление гарантийного обеспечения тендерной заявки в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в тендерной документации;
- соответствие тендерной заявки условиям тендерной документации;
- цены тендерных заявок потенциальных поставщиков в соответствии с суммой, выделенной для закупа;
- соответствие технических характеристик потенциальных поставщиков условиям тендерной документации.

В целях уточнения соответствия потенциальных поставщиков условиям Правил в части их непричастности к процедуре банкротства либо ликвидации тендерная комиссия рассматривает информацию, размещенную на интернет-ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего контроль за проведением процедур банкротства либо ликвидации.

6. Основания отклонения тендерных заявок:

Отклонить тендерную заявку ТОО «Элан-West» по лоту № 2 на основании подпункта 7) пункта 62 Правил - представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации (в пункте 4 технической спецификации указан ИНКОТЕРМС 2010).

Отклонить тендерную заявку ТОО «ОрдаМед Павлодар» по лоту № 3 на основании подпункта 7) пункта 62 Правил - представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации (заявленные потенциальным поставщиком параметры не соответствуют технической спецификации заказчика:

Техническая спецификация Заказчика	Амбулаторный монитор артериального давления АВРМ-06, Meditech Ltd., ПК МИ (МТ)-0№027635, Meditech Kft, Венгрия
Возможность активации опции экспорта данных в форматы: pdf, xml, word. Создание индивидуального плана суточного измерения: программирование ночного и дневного, а также специальных периодов и интервалов.	Отсутствует информация
Неограниченная база данных пациентов. Копирование данных и результатов на оптические и электронные носители. Возможность активации опции интерфейс DICOM.	Хранение данных: более 600 измерений АД, позволяет мониторировать более 48 часов. – Не соответствует.
Габаритные размеры, мм, не более 80x110x29. Вес, включая батареи, г, не более 195.	Габариты: 70 x 99 x 30 мм Масса: 196 г без элементов питания – Не соответствует.
Манжета взрослая большая – 1 шт.	Отсутствует информация

Отклонить тендерную заявку ТОО «Алаш-KZ» по лоту № 4 на основании подпункта 7) пункта 62 Правил - представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации (заявленные потенциальным поставщиком параметры не соответствуют технической спецификации заказчика:

Техническая спецификация Заказчика	Инжекторы для компьютерной томографии с принадлежностями, РК-МТ-5№021053, SINO MEDICAL-DEVICE TECHNOLOGY CO., LTD, Китай
Двухъемкостный инжектор для контраста с беспроводным блоком дистанционного управления	Отсутствует автоматическая парковка штока инжекторной головки после отсоединения от поршня. Не представлена информация о возможности работы как от аккумуляторов, так и от сети электропитания. Габариты не соответствует
Пьедестал	Не представлена информация в технической спецификации потенциального поставщика
Подогреватель шприца	Отсутствует информация об элементах поддержания нагрева контрастного вещества – автоматическое обнаружение подключаемого элемента. Отсутствует информация о наличии светового индикатора неисправности
Батарея – не более 2 шт.	Не представлена информация в технической спецификации потенциального поставщика

по лоту № 9 на основании подпункта 7) пункта 62 Правил - представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации (заявленные потенциальным поставщиком параметры не соответствуют технической спецификации заказчика:

Техническая спецификация Заказчика	Лор-комбайн модель CU-3000 Производитель: SHAMMED CO., LTD., РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ №РК-МТ-7№013067 от 14.06.2021 г.
Компрессорный блок, регулируется в диапазоне от 0,1 до не менее 4 бар (спрей/продувание по Политцеру)	Отсутствует информация в предоставленной технической спецификации потенциального поставщика
Система должна иметь не менее 1,5 литровый резервуар из нержавеющей стали для сжатого воздуха	Отсутствует информация в предоставленной технической спецификации потенциального поставщика
Ручки из хромированной стали автоклавируемые при температуре от не менее 121 до 134 гр	Отсутствует информация в предоставленной технической спецификации потенциального поставщика
Контейнер для жидкости не более 1,25 л.	Отсутствует информация в предоставленной технической спецификации потенциального поставщика

по лоту № 14 на основании подпункта 7) пункта 62 Правил - представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации (заявленные потенциальным поставщиком параметры не соответствуют технической спецификации заказчика:

Техническая спецификация Заказчика	Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких эндоскопов марки DetroWash с принадлежностями в следующих исполнениях: 7002 Производитель: Detro Healthcare Kimya Sanayi A.S., Турция, РК-МТ-7№014804
Автомат должен иметь вместительную моющую чашу (раковину) размером не менее – 400 (Ш) x 600 (Д) мм.	Отсутствует информация в предоставленной технической спецификации потенциального поставщика
Наличие прозрачной верхней крышки для камеры укладки эндоскопов, позволяющей следить за исполнением цикла.	Отсутствует информация в предоставленной технической спецификации потенциального поставщика
Автомат должен иметь ножную педаль	Отсутствует информация в предоставленной технической спецификации потенциального поставщика
Автомат должен иметь персональный компьютер с сенсорным монитором	Отсутствует информация в предоставленной технической спецификации потенциального поставщика
Возможность подключения оборудования к Интернету	Отсутствует информация в предоставленной

(Handwritten signatures and marks)

через сетевой кабель, а также посредством 3G модема. Возможность подключения оборудования к персональному компьютеру для скачивания данных по обработке в электронную базу учреждения. Автомат должен записывать всю информацию о выполнении циклов на своём жестком диске, создавая электронный архив, который можно просмотреть в любое время. Наличие возможности подключения съёмного носителя хранения информации	технической спецификации потенциального поставщика
Автомат должен включать в себя датчик уровня дезинфицирующего средства не менее 2-шт	Отсутствует информация в предоставленной технической спецификации потенциального поставщика
Вес не более 75 кг.	Отсутствует информация в предоставленной технической спецификации потенциального поставщика

по лоту № 15 на основании подпункта 7) пункта 62 Правил - представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации (заявленные потенциальным поставщиком параметры не соответствуют технической спецификации заказчика:

Техническая спецификация Заказчика	Цифровой кольпоскоп KN-2200A Производитель: XUZHOU KERNEL MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD, Китай PK МИ (MT)-0№026599
Вес, не более: 55 кг.	Отсутствует информация в предоставленной технической спецификации потенциального поставщика
Наличие функции Запись видео: позволяющая осуществить запись видео длительностью до 1 часа	Отсутствует информация в предоставленной технической спецификации потенциального поставщика
Наличие функции Сравнение текущих изображений пациента: возможность сравнивать не менее чем от 2 до 6 изображений одновременно.	Отсутствует информация в предоставленной технической спецификации потенциального поставщика
Штатив должен быть оснащен не менее пятью роликами, из которых не менее чем три должны блокироваться. Наличие регулировки высоты штатива для получения четкого изображения. Наличие регулировки угла наклона камеры для получения четкого изображения: Наличие регулировки горизонтального/вертикального угла	Отсутствует информация в предоставленной технической спецификации потенциального поставщика
Наличие функции таймера времени реакции уксусной кислоты и йода	Отсутствует информация в предоставленной технической спецификации потенциального поставщика

по лоту № 16 на основании подпункта 7) пункта 62 Правил - представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации (заявленные потенциальным поставщиком параметры не соответствуют технической спецификации заказчика:

Техническая спецификация Заказчика	Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-11 «АКСИОН», Производитель: ООО Концерн Аксион, Россия, PK-MT-5№017589
Не менее 20 установочных уровней для выбора энергии разряда: 1-10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 120,150, 170, 200 Дж.	Энергия импульса воздействия дискретно от 5 до 360 Дж, 11 уровней
Размеры не более 23,5 x 29 x 20,5 см	Габариты - 345x230x345 мм.
Диапазон отображения показателей ЧСС взрослых не менее 16 – 300 уд./мин	Диапазон измерения ЧСС от 30 до 300 уд/мин;
наличие внешних разрядных многоцветных электродов типа «утюги». Наличие на электродах индикатора качества контакта с пациентом. Наличие кнопки набора заряда и разряда.	Отсутствует информация в предоставленной технической спецификации потенциального поставщика
Наличие самоклеящихся электродов из пеноматериала с влажным гелем и защелкой из углеволокна. Диаметр не менее 50 мм. не менее 300 шт./уп.	F9079 43X45 мм пр-во FIAB (Италия) для канала ЭКГ 1 упаковка (50 шт) – буп.
Наличие многофункциональных электродов для взрослых и детей. Минимальный вес пациента не более 10 кг. Наличие схемы расположения электродов на самих электродах. Длина провода не менее 1,2 м.	Отсутствует информация в предоставленной технической спецификации потенциального поставщика

Отклонить тендерную заявку ТОО Компания «Медиус» по лоту № 7 на основании подпункта 7) пункта 62 Правил - представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации (заявленные потенциальным поставщиком параметры не соответствуют технической спецификации заказчика:

Техническая спецификация Заказчика	Отсасыватель медицинский В-80 Производитель: ООО Висма-Планар НП, Беларусь, РК-МТ-7№005750
Тип насоса - безмасляный насос поршневого типа с длительным сроком службы (не менее чем до 10 000 часов), не требующий технического обслуживания и ремонта.	Надежный и не требующий обслуживания мембранный насос
Корпус электрического отсасывающего насоса изготовлен из ABS пластика.	Отсутствует информация
Максимальная скорость потока отсоса: 40 л/мин	Производительность по воде 8 л/мин, Производительность по воздуху 32 л/мин
Колбы для сбора жидкостей изготовлены из поликарбоната (емкость объемом не менее 4 л, с нанесенной шкалой до 3.500 мл).	Емкость для сбора секрета 3,0 л

по лоту № 12 на основании подпункта 7) пункта 62 Правил - представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации (заявленные потенциальным поставщиком параметры не соответствуют технической спецификации заказчика:

Техническая спецификация Заказчика	Светильник передвижной «ЭМАЛЕД» в вариантах исполнения «ЭМАЛЕД 100 П» Производитель: ЗАО «Завод ЭМА», Россия РК-МИ (МТ) - №022925
Купол должен быть оснащен сенсорной панелью для управления всеми функциями лампы	Отсутствует информация в предоставленной технической спецификации потенциального поставщика
Индекс цветопередачи не менее 97	Индекс цветопередачи, RA: 97
Максимальная мощность освещения: не менее 110 000 люкс	Освещенность в центре светового поля, кЛк: 30
Потребляемая мощность: не более 25 Вт	Потребляемая мощность, ВА: 30
Высота стойки не менее 1750 мм	Отсутствует информация в предоставленной технической спецификации потенциального поставщика

по лоту № 14 на основании подпункта 7) пункта 62 Правил - представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации (заявленные потенциальным поставщиком параметры не соответствуют технической спецификации заказчика:

Техническая спецификация Заказчика	Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких эндоскопов марки DetroWash с принадлежностями в исполнении 6004, Производитель: Detro Healthcare Kimya Sanayi A.S., Турция, РК-МТ-7№014804
Автомат должен иметь вместительную моющую чашу (раковину) размером не менее – 400 (Ш) x 600 (Д) мм.	Отсутствует информация в предоставленной технической спецификации потенциального поставщика
Наличие прозрачной верхней крышки для камеры укладки эндоскопов, позволяющей следить за исполнением цикла.	Прозрачная верхняя крышка для камеры укладки эндоскопов, позволяющая следить за исполнением цикла
Автомат должен иметь ножную педаль	Отсутствует информация в предоставленной технической спецификации потенциального поставщика
Автомат должен иметь персональный компьютер с сенсорным монитором	Отсутствует информация в предоставленной технической спецификации потенциального поставщика
Возможность подключения оборудования к Интернету через сетевой кабель, а также посредством 3G модема. Возможность подсоединения оборудования к персональному компьютеру для скачивания данных по обработке в электронную базу учреждения. Автомат	Отсутствует информация в предоставленной технической спецификации потенциального поставщика

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

должен записывать всю информацию о выполнении циклов на своём жестком диске, создавая электронный архив, который можно просмотреть в любое время. Наличие возможности подключения съёмного носителя хранения информации	
Автомат должен включать в себя датчик уровня дезинфицирующего средства не менее 2-шт	Отсутствует информация в предоставленной технической спецификации потенциального поставщика
Вес не более 75 кг.	Вес (кг) - 94 кг

по лоту № 15 на основании подпункта 7) пункта 62 Правил - представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации (заявленные потенциальным поставщиком параметры не соответствуют технической спецификации заказчика:

Техническая спецификация Заказчика	Видеокольпоскоп исполнении С6 Производитель: Edan Instruments, Inc., Китай, РК-МИ (МТ) - №014247
Светодиодная система холодного освещения	Отсутствует информация в предоставленной технической спецификации потенциального поставщика
Система автофокусирования высокого качества	Отсутствует информация в предоставленной технической спецификации потенциального поставщика
Программа по управлению данными с программой для анализа	Отсутствует информация в предоставленной технической спецификации потенциального поставщика
Кабель заземления	Отсутствует информация в предоставленной технической спецификации потенциального поставщика
Силовой кабель (Европейский стандарт)	Отсутствует информация в предоставленной технической спецификации потенциального поставщика
Стойка для камеры	Отсутствует информация в предоставленной технической спецификации потенциального поставщика
Рабочая станция со встроенным компьютером	Отсутствует информация в предоставленной технической спецификации потенциального поставщика
Светодиодный экран для компьютера	Отсутствует информация в предоставленной технической спецификации потенциального поставщика
Беспроводная мышка	Отсутствует информация в предоставленной технической спецификации потенциального поставщика
Педаль	Отсутствует информация в предоставленной технической спецификации потенциального поставщика
Пылезащитный кожух	Отсутствует информация в предоставленной технической спецификации потенциального поставщика
Таймер времени реакции уксусной кислоты и йода	Отсутствует информация в предоставленной технической спецификации потенциального поставщика

по лоту № 16 на основании подпункта 7) пункта 62 Правил - представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации (заявленные потенциальным поставщиком параметры не соответствуют технической спецификации заказчика:

Техническая спецификация Заказчика	Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-11 "Аксион" Производитель: ООО Концерн Аксион, Россия РК-МТ-5№017589
Не менее 20 установочных уровней для выбора энергии разряда: 1-10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 120,150, 170, 200 Дж.	Энергия импульса воздействия, Дж – дискретно от 5 до 360 Дж, не менее 11 уровней
Размеры не более 23,5 x 29 x 20,5 см	Отсутствует информация в предоставленной технической спецификации потенциального поставщика
Диапазон отображения показателей ЧСС взрослых не менее 16 – 300 уд./мин	Отсутствует информация в предоставленной технической спецификации потенциального поставщика
Наличие магистрального кабеля и кабеля отведений ЭКГ на три провода. Тип крепления к электродам – защелка.	Отсутствует информация в предоставленной технической спецификации потенциального поставщика
наличие внешних разрядных многоцветных электродов типа «утюги». Наличие на электродах индикатора	Отсутствует информация в предоставленной технической спецификации потенциального поставщика

качества контакта с пациентом. Наличие кнопки набора заряда и разряда.	
Наличие самоклеящихся электродов из пеноматериала с влажным гелем и защелкой из углеволокна. Диаметр не менее 50 мм. не менее 300 шт./уп.	Отсутствует информация в предоставленной технической спецификации потенциального поставщика
Наличие многофункциональных электродов для взрослых и детей. Минимальный вес пациента не более 10 кг. Наличие схемы расположения электродов на самих электродах. Длина провода не менее 1,2 м.	Отсутствует информация в предоставленной технической спецификации потенциального поставщика

по лоту № 21 на основании подпункта 7) пункта 62 Правил - представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации (заявленные потенциальным поставщиком параметры не соответствуют технической спецификации заказчика: не указан максимальный вес младенца, заявленная в тендерной документации: до 10 кг; отсутствует информация по наличию тренда мощности обогревателя, по настройке яркости дисплея, заявленная в тендерной документации: требуется не менее трех ровней яркости; отсутствует функция защиты и автоматической блокировки клавиатуры, о наличии серийного порта для коммуникации с внешними устройствами; отсутствует информация о наличии двойных стенок купола и возможности их снятия для санитарной обработки, о наличии специальных портов для шлангов и кабелей в количестве не менее 10 шт.; вес аппарата 125 кг, заявленная в тендерной документации: максимальный вес 99кг; отсутствует информация по расстоянию от верхней панели колпака до матраса; максимальный наклон матраса (детского модуля) 10°, что меньше требуемого 12°, Уровень шума под колпаком (в детском модуле) 50 дБ что больше требуемых 47 дБ; скорость потока воздуха над матрасом (над ложем) 0.15 м/с, заявленная в тендерной документации: не более 0.1 м/с (10 см/с); отсутствует информация о наличии функции сохранения настроек при перебое питания, заявленная в тендерной документации: не менее 10 минут; отсутствует информация о наличии электрических розеток, заявленная в тендерной документации: не менее 6 штук; отсутствует информация о наличии режима «Кенгуру», о характеристиках матраса, о наличии емкости для увлажнителя, о наличии ящиков, заявленная в тендерной документации: требуется не менее 3 шт; отсутствует информация о наличии держателя дыхательных шлангов; отсутствует информация о наличии системы для сбора конденсата, о наличии покрывала на инкубатор; отсутствует датчик температуры кожи одноразовый центральный, заявленный в тендерной документации: требуется не менее 10 шт; отсутствует датчик температуры кожи одноразовый периферический, заявленный в тендерной документации: требуется не менее 10 шт; отсутствует пластырь для фиксации датчиков температуры, заявленный в тендерной документации: требуется не менее 100 шт).

Отклонить тендерную заявку ТОО «Life Medical Solutions» по лоту № 17 на основании подпункта 7) пункта 62 Правил - представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации (заявленные потенциальным поставщиком параметры не соответствуют технической спецификации заказчика:

Техническая спецификация Заказчика	Кровать пациента с электрическим, механическим приводом серии NITRO HB 4220 Производитель: GOKLER MOBILYA MEDIKAL VE SAGLIK HIZMETLERI, Турция PK-MT-5№020644
Колеса должны быть снабжены индивидуальным pedalным тормозом, что защищает кровать с пациентом от случайных перемещений.	Отсутствует информация
Технические характеристики: -Габариты кровати (ДхШ) (не более) 2130x1000 мм;	Габариты кровати (ДхШ) 2230x1080 мм
-Высота ложа над уровнем пола - не более 420, не менее 815 мм;	Высота ложа над уровнем пола - 370 – 800 мм;
Колеса должны быть самоцентрирующиеся и проворачиваться относительно вертикальной оси кронштейна легко, без люфтов и заеданий, диаметром, не менее 125 мм.	Отсутствует информация
Боковые ограждения должны быть выполнены из 3-х параллельных труб из нержавеющей стали диаметром, не менее 22 мм, с пластиковыми ручками для захвата.	Отсутствует информация

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Специальные роликовые бамперы должны быть диаметром, не менее 142 мм, по углам защищая корпус кровати, а также поверхности стен и дверей медицинских учреждений в случае удара.	Отсутствует информация
---	------------------------

Отклонить тендерную заявку ТОО «Медэкс Плюс» по лоту № 19 на основании подпункта 7) пункта 62 Правил - представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации (в пункте 4 технической спецификации указан ИНКОТЕРМС 2010).

Отклонить тендерную заявку ТОО «ProfiMed. AST» по лоту № 19 на основании подпункта 7) пункта 62 Правил - представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации (в пункте 4 технической спецификации указан ИНКОТЕРМС 2010).

Отклонить тендерную заявку ТОО «Медико-Инновационные Технологии» по лоту № 12 на основании подпункта 7) пункта 62 Правил - представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации (заявленные потенциальным поставщиком параметры не соответствуют технической спецификации заказчика):

Техническая спецификация Заказчика	Светильник хирургический светодиодный HyLED, вариант исполнения: HyLED 200M Производитель: NANJING MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD., Китай PK-MT-5№022323
Купол должен быть оснащен сенсорной панелью для управления всеми функциями лампы	Отсутствует информация в предоставленной технической спецификации потенциального поставщика
Индекс цветопередачи не менее 97	Индекс цветопередачи (Ra)- 96
Максимальная мощность освещения: не менее 110 000 люкс	Центральная освещенность светильника на 1м - 70 000 Люкс
Потребляемая мощность: не более 25 Вт	Мощность купола 28Вт
Высота стойки не менее 1750 мм	Отсутствует информация в предоставленной технической спецификации потенциального поставщика

по лоту № 23 на основании подпункта 7) пункта 62 Правил - представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации (в технической спецификации потенциального поставщика отсутствует ручной пульт управления; не соответствуют технические характеристики основного комплектующего).

Отклонить тендерную заявку ТОО «Medical Trade» по лоту № 23 на основании подпункта 7) пункта 62 Правил - представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации (в пункте 4 технической спецификации указан ИНКОТЕРМС 2010).

Отклонить тендерную заявку ТОО «Uni market service» по лоту № 24 на основании подпункта 7) пункта 62 Правил - представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации (в пункте 4 технической спецификации указан ИНКОТЕРМС 2010).

Отклонить тендерную заявку ТОО «МедМир-ПВЛ» по лотам № 8 и № 16 на основании подпункта 12) пункта 62 Правил - несоответствия условиям пункта 10 Правил (потенциальный поставщик предоставил разные варианты исполнения медицинской техники в одном ценовом предложении).

7. Наименование и местонахождение победителя по каждому лоту тендера и условия, по которым определен победитель.

По результатам рассмотрения представленных тендерных заявок тендерная комиссия единогласно **РЕШИЛА:**

- признать победителем тендера ТОО «МедЭкспертСервис», г.Астана, район Нура, ул. Шынтас Айтматова, дом 62 офис 1/1, по лотам № 1, № 6 и №24 на основании пункта 66 Правил – в отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана

тендерной комиссией, единственной соответствующей условиям объявления и условиям Правил; по лоту № 11 на основании пункта 66 Правил – на основе наименьшего ценового предложения;

- признать победителем тендера ТОО «ZEIN INVEST», г. Астана, ул. Шарль де Голль, здание 3 А, по лотам № 2, № 3 и № 4 на основании пункта 66 Правил – в отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией, единственной соответствующей условиям объявления и условиям Правил;

- признать победителем тендера ТОО «ДАЛ Казахстан», г. Алматы, район Ауэзовский, микрорайон Аксай – 3Б, дом 30/2, по лоту № 5 на основании пункта 66 Правил – на основе наименьшего ценового предложения;

- признать победителем тендера ТОО «ADICom Ltd», г. Астана, пр. Кабанбай батыра, дом 42, кв. 341, по лотам № 7, № 8 и № 12 на основании пункта 66 Правил – в отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией, единственной соответствующей условиям объявления и условиям Правил;

- признать победителем тендера ТОО «Niko Pharm», г. Астана, район Есиль, пр. Туран, здание 50, н.п. 1. оф. 304, по лотам № 9, № 13, № 14 и № 16 на основании пункта 66 Правил – в отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией, единственной соответствующей условиям объявления и условиям Правил;

- признать победителем тендера ТОО «SBK STANDART», г. Астана, р-н Есиль, ул. Сарайшык, д. 8 кв. (офис) 98, по лотам № 10, № 17 и № 18 на основании пункта 66 Правил – в отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией, единственной соответствующей условиям объявления и условиям Правил;

- признать победителем тендера ТОО «UNIX Pharm», г. Астана, р-н Есиль, ул. Достык, здание 20, ВП 12, по лоту № 15 на основании пункта 66 Правил – на основе наименьшего ценового предложения;

- признать победителем тендера ТОО «EndoStar», г. Астана, ул. Мирзояна, 3-56, по лоту № 19 на основании пункта 66 Правил – в отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией, единственной соответствующей условиям объявления и условиям Правил;

- признать победителем тендера ТОО «Диэгаль», г. Астана, мкр. Юго-Восток, ул. Жанкент, д. 88, по лотам № 20 и № 21 на основании пункта 66 Правил – в отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией, единственной соответствующей условиям объявления и условиям Правил;

- признать победителем тендера ТОО Компания «Медиус», г. Павлодар, ул. Ак. Сатпаева, д. 43 оф. 17, по лотам № 22 и № 23 на основании пункта 66 Правил – в отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией, единственной соответствующей условиям объявления и условиям Правил.

8. Наименование и местонахождение участника каждого лота тендера, предложение которого является вторым после предложения победителя:

Признать участника ТОО «Life medical solutions», г. Алматы, Алмалинский р-н, проспект Сейфуллина, 404/67, вторым после предложения победителя по лоту № 5.

Признать участника ТОО «ADICom LTD», г. Астана, пр. Кабанбай батыра, д. 42, кв. 341, вторым после предложения победителя по лоту № 11.

Признать участника ТОО «SBK STANDART», г. Астана, р-н Есиль, ул. Сарайшык, д. 8 кв. (офис) 98, вторым после предложения победителя по лоту № 15.

9. Срок, в течение которого надлежит заключить договор закупа.

Заказчикам направить победителям подписанные договора закупа в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов тендера. Победитель тендера подписывает договор



закупа в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения договора, либо письменно уведомляет о несогласии с его условиями или отказе от подписания.

10. Информация о привлечении экспертной комиссии. Заказчиками определены эксперты профильных специальностей для экспертизы заявок на предмет соответствия медицинской техники техническим спецификациям в объявлении.

Председатель тендерной комиссии



Байдрахимов Г.Б.

Зам. председателя тендерной комиссии



Подзорова С.В.


Члены тендерной комиссии:



Альгожин Т.Б.



Мустафин К.Б.



Жохов А.В.

отпуск (приказ № 94-р)



Капанова Ж.Г.



Мукатов Р.Н.

Секретарь тендерной комиссии



Мергалимова А.А.

Квалификационные данные потенциальных поставщиков

№ п/п	Перечень документов / Наименование потенциальных поставщиков	TOO "Диагаль"	TOO "ADICom"	TOO "Элан- West"	TOO "ZEIN INVEST"	TOO "SBK STANDART"	TOO "Niko Pharm"	TOO "Medical Trade14"	TOO "ProfiMed. AST"	TOO "Медэкс Плюс"	TOO "EndoStar"
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ											
1	Заявка на участие в тендере. Опись прилагаемых к заявке документов (эл.вариант)	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии
2	Копия устава для юридического лица (в случае если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора или выписка из реестра действующих держателей акций после даты объявления)/ Копия документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии
3	Копии соответствующих лицензий на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращения деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии
4	Ценовое предложение по форме согласно ТД	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии
5	Оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения	банковская гарантия п/п №271-274 от 22.10.2024г	п/п №271-274 от 22.10.2024г	п/п №354 от 23.10.2024г	банковская гарантия	п/п №218, №219, №223, №224 от 22.10.2024г	п/п №810, №814, №811, №809 от 22.10.2024г	п/п №610 от 29.10.2024г	п/п №288 от 29.10.2024г	банковская гарантия	п/п №4309211 от 28.10.2024г
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ											
1	Технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленной медицинской техники на бумажном носителе (а также на электронном носителе в формате "docx")	в наличии	в наличии	в наличии (ТС не соответствует форме ТД)	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии (ТС не соответствует форме ТД)	в наличии (ТС не соответствует форме ТД)	в наличии (ТС не соответствует форме ТД)	в наличии
2	Копия документа о государственной регистрации медицинского техника либо заслопочия (разрешения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз и применение в Республике Казахстан	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones along the right margin.

Квалификационные данные потенциальных поставщиков

№ п/п	Перечень документов / Наименование потенциальных поставщиков	ТОО "Медико-Инновационные технологии"	ТОО "МедЭксперт-Сервис"	ТОО Компания "Медиус"	ТОО "Life medical solutions"	ТОО "UNIX Pharm"	ТОО "ДАЛ Казахстан"	ТОО "Uni market service"	ТОО "ОрпаМед Павлодар"	ТОО "Алаш-KZ"	ТОО "МедМир-ПВЛ"
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ											
1	Заявка на участие в тендере. Опись прилагаемых к заявке документов (эл.вариант)	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии
2	Копия устава для юридического лица (в случае если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора или выписка из реестра действующих держателей акций после даты объявления)/ Копия документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии
3	Копии соответствующих лицензий на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии
4	Ценовое предложение по форме согласно ТД	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии
5	Оригинальный документ, подтверждающий внесение гарантийного обеспечения	п/п №220 от 29.10.2024г, №221 от 29.10.2024г	п/п №22 от 31.10.2024г	п/п №993 от 29.10.2024г	банковская гарантия	п/п №631 от 31.10.2024г	п/п №505 от 24.10.2024г	п/п №5 от 01.11.2024г	п/п №222 от 01.11.2024г	п/п №608 от 01.11.2024г	п/п №1596 от 04.11.2024г
1	Технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленной медицинской техники на бумажном носителе (а также на электронном носителе в формате ".docx")	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии (ТС не соответствует форме ТД)	в наличии	в наличии	в наличии
2	Копия документа о государственной регистрации медицинской техники либо заключения (разрешения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз и применение в Республике Казахстан	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below.